

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TermsofReference: TOR)
เตียงฟาร์ว์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ ๓ ไกร์ มือหมุน จำนวน ๒๐ เตียง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีความต้องการเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ ๓ ไกร์ ปรับการทำงานด้วยระบบมือหมุน มีราวกันนี้เตียงพร้อมเบาะที่นอน สามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับหัวเข่า และปรับความสูง-ต่ำของเตียง เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วย ใช้สำหรับหอผู้ป่วยอายุรกรรมประสาท (ชั้น ๖)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเตียงนอนผู้ป่วย ควบคุมการปรับท่าต่างๆ ด้วยระบบมือหมุน สามารถปรับพนักพิง หัวเข่า และปรับความสูงของเตียง เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายืนติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลงทะเบียนความคุ้มกันเข่นว่ามั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียด...

นางสาวตีรชญา กิมุข.....บัญชีฯ.๒๒/.....นางสาวภรณ์ กุศลงาม.....ทนาย..... นางสนธยา ไชยวุฒิ.....
นางชัญดาภรณ์ แอนปัญญา.....ที่/เลขที่..... นางสาวกนกวรรณ ชั้นอินทร์งาม.....

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- เตียงผู้ป่วยปรับด้วยมือหมุน ชนิด ๓ ไกร์
- สามารถควบคุมการปรับท่าทางของเตียงด้วยระบบมือหมุน ชนิด ๓ ไกร์

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของเตียงทำจากเหล็ก รอยเชื่อมเรียบร้อย เคลือบกันสนิมและพ่นด้วยสีป้องชื้อย่างดีและพลาสติก Medical Grade Acrylonitrile – Butadiene - Styrene

- เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๐ เซนติเมตร

- โครงงานเตียงด้านซ้าย – ขวาทำจากโลหะ เป็นท่อสีเหลี่ยมขนาด ๓ x ๖ เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร มีความแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม (เตียงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๓๕๐ กิโลกรัม พร้อมแบบผลการทดสอบรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมาแสดง)

- ราวกันเตียงแบบปีกนก ทำจากพลาสติก Acrylonitrile – Butadiene – styrene Medical Grade แบบเป้าขึ้นรูปด้านทัวเตียงมีขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๓ x ๖๔ เซนติเมตร พร้อมที่บอกระยะในการปรับเตียงแบบฝังในราวกันเตียง และด้านท้ายเตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓ x ๙๕ เซนติเมตร ราวกันเตียงเมื่อยกขึ้นจะสูงจากพื้นเตียงไม่น้อยกว่า ๓๓ เซนติเมตร สามารถยกขึ้นกันลำดับผู้ป่วยขณะนอน และปลดลงไปเก็บแนบไว้ได้พื้นเตียงเมื่อต้องการย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงได้

- ส่วนของพื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ท่อน พร้อมมีรูระบายน้ำอากาศ

๔.๒.๒ ระบบการปรับท่าต่างๆของเตียง

- ปรับการทำงานต่างๆ ด้วยระบบมือหมุน ๓ ไกร์เตียงทำจากพลาสติกสามารถพับเก็บมิดชิด โดยสามารถปรับการทำงานได้ ดังนี้

๑. ปรับพนักพิงหลัง ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา

๒. ปรับส่วนขา ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา

๓. ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร

๔. ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่มากกว่า ๔๔ เซนติเมตร



- หัวเตียงและท้ายเตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๙๗ เซนติเมตร ทำจากพลาสติก Acrylonitrile – Butadiene – styrene Medical Grade เป้าขึ้นรูปมีความแข็งแรง มีหูจับทำให้สามารถถอดออกและสไลด์เข้าไปได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

- มีตะขอแขวนของเหลวที่ออกจากตัวผู้ป่วย สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ตามความต้องการ

๔.๒.๓ การเคลื่อนย้ายเตียง

- ล้อเป็นแบบคู่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร ส่วนยางล้อหุ้มด้วยพลาสติกสังเคราะห์อย่างดี มีจำนวน ๔ ล้อ พร้อมระบบเบรก central lock แบบเหยียบครั้งเดียว ล็อกทั้งหมด ๔ ล้อ

๔.๓ อุปกรณ์การใช้งาน...

นางสาวตีรชญา ภิมุข.....๔๗๘๔๗๗/.....นางวรารณ์ กุศลงาม.....๑๖๘๘.....นางสนธยา ไชยวุฒิ.....
นางชัญญาภิญญา.....๗๗๗๗๗๗๗.....นางสาวกนกวรรณ ขันอินทร์งาม.....๑๖๘๘.....

๔.๓ อุปกรณ์การใช้งาน

- ที่นอนชั้ลกอการเกิดแพลงก์ทับ ทำด้วยวัสดุ Polyurethane Foam ความหนา ๕ ซม. และด้านบนทำด้วยวัสดุ Memory Foam ความหนา ๒ ซม. ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ปลอกหุ้มทำจากผ้า Polyester และมีสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติส่วนท้ายของที่นอน สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ไม่لامไฟ สามารถป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค (พร้อมเอกสารรับรองคุณสมบัติจากโรงงานผู้ผลิต) ปลอกหุ้มมีซิบสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้เพื่อไม่ให้เกิดการเพาะเชื้อ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๓ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที หรือไม่เคยสักขีดมาก่อน

๕.๒ ผู้เสนอราคាត้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และทำเครื่องหมายและลงเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ หรือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าที่มีแบบ (Type) รุ่น (Model) ที่ผลิต และ/หรือประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตไม่มีการแก้ไข ตัดแปลง หรือเพิ่มเติมให้เข้ากับคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ

๕.๔ ผู้เสนอราคายังต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และแนบหนังสือรับรองจากบริษัท마다ด้วย ในวันยื่นข้อเสนอ

๕.๖ มีคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด

๕.๗ ผู้ขายต้องทำการฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานจนมีทักษะการใช้งานจนมีทักษะการใช้งานและการบำรุงรักษา เตียงได้ถูกต้องก่อนรับมอบเตียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

៥.៥ ផ្លូវការតម្លៃត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការរំលែកការងារ ISO៩០០៣;២០១៥ , ISO៩០០៤;២០១៥

๖. การรับประทาน

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบของภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. วงศ์สิ่งปฏิมาณ

ภัยในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ (แปดแสนบาทถ้วน)

๙. การเบิกจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินทั้งหมดเที่ยง ๑ นาฬ ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การ...

นางสาวตรีชฎา กิมุข..... ๔๙-๑๖ นางวราภรณ์ กุศลงาม..... ๔๔๗๘๙๙ นางสนธยา ไชยรุณ..... ๙๒
นางชุมuda กัญจร์ แฉ่งปัญญา..... ๕๗๓๙๕๗ นางสาวกนกวรรณ ชั้นอินทร์งาม..... ๗๗๘๘๙๙ ๐๖๓๘

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TermsofReference: TOR) เตียงฟาร์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูง และถอดหัวเตียงได้ ๓ ไกร์ มีอุปกรณ์จำนวน ๒๐ เตียง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่โดย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวศรีชฎา ภิมุข)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางวรารจน์ กุศลwan)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสันธยา ไชยวุฒิ)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางชัยดา กัญจร แอนปัญญา)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวกนกวรรณ ชั้นอินทร์งาม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ขอรับรองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TermsofReference: TOR) เตียงฟาร์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ ๓ ไกร์ มีอุปกรณ์จำนวน ๒๐ เตียง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดังกล่าวดังนี้ได้


 (นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่