

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน

๑. ความเป็นมา

ด้วยเครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๒ ชุด ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงจำเป็นต้องจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๒ ชุด สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน ดังนี้

- เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จำนวน ๒ ชุด

- เปลี่ยนสายพานพร้อมกรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

ทั้งนี้ อะไหล่ดังกล่าวต้องสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) อาคาร ๘ ชั้น ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้

/๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ....

๑. นายอัครา ยุบยาแสง

๓. นายพงศ์สวัสดิ์ ไชยวุฒิ

๒. นายเอกสิทธิ์ คุณยศยิ่ง

- ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จำนวน ๒ ชุด ดังนี้
- ๔.๒.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ HP ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า
 - ๔.๒.๒ มีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๒ ตัวรอบการทำงานต่อเครื่อง ๒๙๐๐RPM
 - ๔.๒.๓ สามารถผลิตอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๘.๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือเท่ากับ ๑๑๓.๗ PSI
 - ๔.๒.๔ เครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์จะต้องเป็นชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นในระบบลม และได้รับรองมาตรฐาน ISO๘๕๓๓-๑Class๐ หรือเทียบเท่า
 - ๔.๒.๕ หัวอัดอากาศประกอบด้วยร่องเสื่อแบบกันหอย ๒ ส่วน คือส่วนอยู่กับที่ กับส่วนที่หมุนเคลื่อนที่ โดยส่วนที่หมุนถ่ายกำลังด้วยสายพานจากมอเตอร์ไฟฟ้า AC/๓๘๐V/๕HP/๕๐Hz
 - ๔.๒.๖ ตัวเครื่องสามารถระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ๔.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบระบบเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ให้สามารถผลิตลมได้ตามมาตรฐาน
 - ๔.๒.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) สำรอง หรือดำเนินการให้เครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์ (บี้มลม) สามารถให้บริการได้ในระหว่างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องทุกๆ ๓ เดือน อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน
- ๕.๒ ในกรณีที่เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) เกิดความชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลฯ ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

๖. การรับประกัน

รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบ

๗. ระยะเวลาส่งมอบของ


กำหนดส่งมอบงานภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันลงนามในสัญญา


๘. การเบิกจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน ๑๐๐% หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอัครา ยูบยาแสง)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ คุณยศยิ่ง)
ช่างสี ช ๔


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์สวัสดิ์ ไชยวุฒิ)
พนักงานช่วยการพยาบาล

ขอรับรองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื่ออะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดลมทางการแพทย์
(ปั๊มลม) อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน และอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังกล่าวนี้ได้

prdv

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่